



OTN-VC

## REGISTRO OBJETO CALIBRACIÓN

Código: RLC-01-1

Area: Temperatura

Página 1

No.	Objeto de calibración	Rango de medición	Incert. mínima expandida con k=2	Documento que ampara la calibración	Servicios realizados		Acreditado
					En las instalaciones permanentes	Fuera inst. permanentes	
1	Termómetro de líquido en vidrio con o sin contacto eléctrico.	-30 °C a 300°C	0.48 °C	IC-14-01	X		
2	Termómetro patrón de líquido en vidrio.	-30 °C a 300°C	0.48 °C	IC-14-06	X		
3	Termómetro bimetalico y manométrico con o sin contacto eléctrico.	-30 °C a 500°C	1 °C	IC-14-02	X	X	
4	Indicadores y/o controles de temperatura.	-250 °C a 1820°C	0.1 °C	IC-14-07	X	X	
5	Termómetros digitales con sonda.	-30 °C a 500°C	0.92 °C	IC-14-03	X	X	
6	Baños termostáticos, bloques secos y/o hornos de temperatura controlada.	-80 °C a 1200°C	0.92 °C	IC-14-08	X		